



Product: DA312B16
Part No: 0066934
Serial No: 53526

The products included for shipment have been verified for conformance as follows:
Products manufactured by Baker Hughes Slovakia, s.r.o. have been verified in accordance with the applicable specifications and procedures. Products not manufactured by Baker Hughes Slovakia, s.r.o. have been verified for conformance to the specified order requirements.

Our quality management system is certified according to
DIN EN ISO 9001 by Bureau Veritas Certification DE-010768-1.

Für die in dieser Lieferung enthaltenen Produkte wurde die Konformität wie folgt nachgewiesen:
Produkte, die von Baker Hughes Slovakia, s.r.o. produziert wurden, wurden auf Ihre Übereinstimmung mit den anwendbaren Spezifikationen und Verfahren hin überprüft. Bei Produkten, die nicht von Baker Hughes Slovakia, s.r.o. produziert wurden, wurde die Konformität der in der Bestellung festgelegten Bedingungen bestätigt.
Unser Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001 durch Bureau Veritas Certification DE-010768-1.

Important Note

2-Point calibration is to be exclusively used when operating the probe DA312B16/DA312B29 on the ultrasonic thickness gauge DM4 or DM5.

Wichtiger Hinweis

Für den Einsatz des Prüfkopfes DA312B16/DA312B29 am Ultraschall - Wanddicken - Messgerät DM4 oder DM5 ist ausschließlich die 2-Punkt-Kalibrierung zu benutzen.

Set up the ultrasonic thickness gauge DM4: Einstellungen für Messgerät DM4:	Auto-Mode, 2-Point On, Gain Auto
Set up the ultrasonic thickness gauge DM5: Einstellungen für Messgerät DM5:	2-Point On, dB-Mode High

Datum/Date: 26.04.2024

Unterschrift/Signature: 